

Checklista för lustgasanvändning i vården

Checklistan är tänkt att användas som ett stöd för att kontrollera eventuellt läckage, onödiga utsläpp med mera. Om expositions-mätningar har gjorts och dessa visar att koncentrationen av lustgas ligger **under** de hygieniska gränsvärdena så anses **inga** hälsorisker föreligga.

Arbetsställe:.....

Klinik:

Ansvarig för avdelningen:.....

Verksamhetschef:

Datum:.....

1A. Hur ofta inom arbetsplatsen används lustgas (t ex dagligen, någon gång i veckan, mer sällan)?
.....

1B. Under hur lång tid?
.....

1C. Vanligen i vilken dos/doser?
.....

2. Finns Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:7 på arbetsplatsen?
 JA NEJ

3. Finns hanterings- och skydds-instruktioner?
 JA NEJ

4. Vilken utbildning har personalen genomgått för att hantera lustgas?
.....
.....

5. Förekommer regelbunden och återkommande utbildning för hantering av lustgas?
 JA NEJ

6. Hur är ventilationen ordnad på behandlingsrummen?
.....
.....

7. Utförs läckagekontroll av gasuttag minst 1 gång per år?
 JA NEJ

8. Av vem/vilka (t ex teknisk enhet)?
.....

9. Förs protokoll över kontroll av läckage?
 JA NEJ

10. Görs löpande underhåll av system och komponenter till gasuttagen och dess system?
 JA NEJ

11. Kopplas gasförsörjningsslangarna ifrån vägguttaget när analgesiutrustningen inte är i bruk?
 JA NEJ

12. Vilken typ av analgesiutrustning används?
.....

13. Mäts avdelningens totala förbrukning/år av lustgas?
 JA NEJ

14. Vilket tillverkningsår har analgesiutrustningen?
.....

15. Finns rutiner för uppgradering?
 JA NEJ

16. Finns bruks- och skötselanvisningar för analgesiutrustningen?
 JA NEJ

17. Utförs teknisk översyn på analgesiutrustningen minst 1 gång per år?
 JA NEJ

18. Av vem/vilka (t ex teknisk enhet)?
.....

19. Utförs täthetskontroll av analgesiutrustningen före varje patient?
 JA NEJ

20. Hur utförs kontrollen?
.....

21. Förs protokoll på täthetskontrollen?
 JA NEJ

22. Förekommer regelbunden och återkommande utbildning för hantering av analgesiutrustningen?
 JA NEJ

23. Används dubbelmask?
 JA NEJ

24. Om JA, kontrolleras dubbelmask-systemet
 JA NEJ

25. Anpassas patientmasken efter patientens behov och täthet?
 JA NEJ

26. Återändras patienten några andetag i masken efter avslutad lustgasinhalation?
 JA NEJ

27. Har expositions-mätningar gjorts de senaste tre åren?
 JA NEJ

28. Har åtgärder vidtagits med anledning av mätresultatet?
 JA NEJ

29. Om JA, vilka?
.....

30. Är behandlingsrummet möblerat så att personalen arbetar nära frisk-luftsintag och inte utsätts för onödig exponering?
 JA NEJ